



SE APROBĂ:

Manager
Ec. Ionescu Florina



CAIET DE SARCINI

privind achizitia de consumabile pentru aparatele de ventilatie si alte echipamente medicale

Cod CPV: 33141760-5 Consumabile medicale(Altele)

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității.

Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursa sau productie, un procedeu special, o marca de fabricație sau de comert, sunt menționate doar pentru a identifica cu usurință tipul de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mentiunea sau **ECHIVALENT**.

Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca și protecția muncii în vigoare la nivel național, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, și care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achiziție publică. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările referitoare la condițiile de munca și protecția muncii/prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului sunt:

- Inspectoratul Teritorial de Munca sau pe site-ul <http://www.inspectmun.ro/Legislatie.html>
- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau pe site –ul http://www.igsu.ro/informatii_utile/legislatie
- O.U.G. 60/ 28.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor
- Legea 307 /12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor (*republicată*)
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau pe site –ul <http://www.anpm.ro>
- O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului –actualizata

- Operatorii economici au obligația să respecte și urmatoarele:
- Norme de prevenire și stingere a incendiilor;
- Normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;
- Prevederile de asigurare a calitatii;

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD** prin serviciul ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE

Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea contractanta, in spuma Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (SCJUARAD) a luat ființă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale și anume:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – înființat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înființat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Județean Arad.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si se aplica in vederea incheierii contractului de furnizare consumabile.

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prezenta achizitie publica are la baza solicitarile venite din partea sectiilor ATI1, ATI2, ATI4, BO2, Laborator Radiologie TBC, din care reiese faptul ca produsele ce se doresc a fi achiziționate sunt necesare desfasurarii actului medical in cadrul SCJUARAD.

Obiectul procedurii il constituie achiziționarea de consumabile - kituri de revizie pentru ventilatoarele, kituri de revizie pt aparate de anestezie, kituri histoacryl, kit cabluri echipamente medicale care sunt necesare bunei functionari a activitatii medicale din sectiile ATI1, ATI2, ATI4, BO2, Laborator Radiologie TBC.

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă:

Furnizarea produselor se va face in conformitate cu prevederile contractului de furnizare incheiat cu ofertantul declarat castigator in cadrul procedurii.

Prin achizitia de consumabile - kituri de revizie pentru ventilatoarele, kituri de revizie pt aparate de anestezie, kituri histoacryl, kit cabluri echipamente medicale se urmareste desfasurarea unei bune activitatii privind actul medical si realizarea unui standard inalt de satisfacere a pacientilor.

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Descrierea produselor este specificata mai jos, iar aceasta reprezinta cerintele minime obligatorii care fac parte integranta din acest contract.

Produsele vor avea valabilitatea la livrare de cel putin 80% din totalul perioadei de valabilitate a consumabilelor medicale.

Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a zilei, lunii si a anului.

Data este precedata de mentiunea clara << expira la data de >>

Toate produsele trebuie insotite de o descriere care sa permita identificarea lotului de fabricatie din care face parte.

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Incheierea unui contract de furnizare produs pt o perioada de 4 luni, constand in produs specific pt. **LOT1 „kit de revizie anuala ventilator LYRA”**. Un kit de revizie pentru ventilatorul LYRA este compus din : exhalation valve 1buc.(valva exprim) ; oxygen sensor 1buc.(senzor oxigen) ; hepa inlet filter 1buc.(filtru admisie) ; inlet filter coarse 1buc.(filtru grosier) ; cooling fan filter 1buc.(filtru de racire) ; flow sensor adult/pediatric 1buc(senzor flux). Pt. **LOT 2 „kit de revizie aparat de anestezie LEON Plus”** ce contine urmatoarele componente: Set de garnituri interne pentru modulul pacient, Set de garnituri pentru bratul de fixare al



modulului pacient, Filtru de bacterii interior, Senzor extern de masurare oxigen Oxima, Celula de masurare amestec de gaze, Set de garnituri absorber CO₂, Garnituri pentru soclu de fixare al vaporizorului de Sevofluran. **Lot 3 „Kit fixare Histoacryl Lapfix X”.** Acest kit Histoacryl fixare plase hernie contine aplicator laparoscopic si doua flacoane adeziv tisular 0,5m. **LOT 4 „Kit cabluri comunicatie generator”** compatibil cu instalatia radiologica PerformX.

Obiectivul achizitiei va contribui la buna desfasurare a activitatii medicale din cadrul sectiilor de ATI cat si BO2, Laborator Radiologie TBC.

NOTA : fiecare element component din kitul de revizie va fi oferit cu pretul unitar.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Autoritatea contractanta isi propune ca prin aceasta achizitie publică, să asigure functionarea optima, in conditii de siguranta a echipamentelor medicale care se afla in dotarea sectiilor de ATI cat si a BO unde sunt internati pacientii in stare critica.

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Obiectul contractului de furnizare consta in achizitia de kituri de revizie anuala pentru echipamentele medicale descrise in „**Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor**” inclusiv montarea si calibrarea acestora la sediu beneficiarului, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, operatiune care se va finaliza printr-un Proces verbal, pentru fiecare aparat in parte.

Produsele trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a produselor in Romania ,certificat ISO de la ofertant, certificat ISO de la producator si un certificat de garantie de cel putin 12 luni de la data inlocuirii lor in echipamentele medicale respective, avand in vedere ca acestea functioneaza in conditii ambientale normale.

Garanție

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantaie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantaie incepe de la data receptiei produselor si a semnarii procesului verbal de receptie. Ofertantul are obligatia de a garanta ca toate produsele ofertate sunt conforme si ca acestea corespund caracteristicilor mentionate in propunerea tehnica si a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Perioada de garantie va fi de 12 luni de la data receptiei fara obiectiuni.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 5 lucratoare de zile** de la data transmiterii comenzi ferme de catre achizitor catre furnizor. Un produs este considerat livrat cand toate activitatatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul/, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de Autoritatea contractanta prin semnarea procesului verbal de receptie si punere in functiune.

Produsele vor fi livrate cantitatativ si calitatativ catre Autoritatea contractanta la locul indicat de acesta, iar adresa va fi mentionata in comanda ferma transmisa de catre achizitor catre furnizor.

Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezентate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini. Produsele ce urmeaza sa fie livrate in cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de catre producatorul mentionat in declaratia de producator depusa in cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga sa despargubeasca autoritatea contractanta impotriva oricaror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziționate,
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din solicitarea ofertei întocmite de către entitatea contractanta

Autoritatea contractanta se obligă să recepționeze produsele achiziționate.



Autoritatea contractanta poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea revizuirii/ respingerii produselor. Solicitarea de respingere/revizuire va fi motivata cu comentarii si rezolutii scrise.

Autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele ale caror specificatii tehnice nu corespund, iar furnizorul are obligatia de a inlocui produsele refuzate, fara a modifica pretul stabilit prin contract. La primirea unei astfel de solicitari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen de 48 de ore.

În cazul in care contractantul nu își onorează obligațiile, atunci va datora entitatii contractante penalitati de conform contractului însușit.

În cazul în care autoritatea contractanta nu își onorează obligațiile de plata, atunci va datora contractantului penalitati conform contractului însușit.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata contractantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despargubire pentru contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produselor se va face la sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad in cadrul sectiei medicale respective.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Produsul va fi insotit, la destinatie, de urmatoarele documente: factura fiscală, certificate de garantie, declaratie de conformitate. Daca produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul, iar ofertantul are obligatia de a inlocui produsul refuzat.

Procesul verbal de neconformitate se va intocmi in doua exemplare, una pt fiecare parte si va contine specific si detaliat motivul neconformitatii si respingeri.

Anexa la Caietul de sarcini

Nr. LOT	Denumire aparat	Nr.bucati Kit revizie pt. 4 luni	Cant.min .kit rev. la 1luna	Cant.max. kit rev. la 4luni	Pret min estimat pt.kit revizie pt. 1 luna	Pret max estimat pt.kit revizie pt. 4 luni
1	Kit de revizie Aparat ventilatie LYRA X2	49	20	49	64.000 Lei (fara Tva)	156.800 Lei (fara Tva)
2	kit de revizie Aparat de anestezie LEON Plus	2	1	2	8.850 Lei (fara Tva)	17.700 Lei (fara Tva)



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENEYI KÁROLY NR.2-4
TEL.: (+)0040 267 407 200; (+)0040 267 220 000; FAX: (+)0040 267 407 211



3	Kit fixare Histoacryl Lapfix X	30	1	5	413	12.390
4	Kit cabluri comunicatie generator compatibil Aparat PerformX	1	1	1	5.383	5.383

OBS:

LOT1 „kit de revizie anuala ventilator LYRA”. Un kit de revizie pentru ventilatorul LYRA este compus din : exhalation valve 1buc.(valva exprir) ; oxygen sensor 1buc.(senzor oxigen) ; hepa inlet filter 1buc.(filtru admisie) ; inlet filter coarse 1buc.(filtru grosier) ; cooling fan filter 1buc.(filtru de racire) ; flow sensor adult/pediatric 1buc(senzor flux). Pt. **LOT 2 „kit de revizie aparat de anestezie LEON Plus”** ce contine urmatoarele componente: Set de garnituri interne pentru modulul pacient, Set de garnituri pentru bratul de fixare al modulului pacient, Filtru de bacterii interior, Senzor extern de masurare oxigen Oxima, Celula de masurare amestec de gaze, Set de garnituri absorber CO2, Garnituri pentru soclu de fixare al vaporizorului de Sevofluran. **Lot 3 „Kit fixare Histoacryl Lapfix X”.** Acet kit Histoacryl fixare plase hernie contine aplicator laparoscopic si doua flacoane adeziv tisular 0,5m. **LOT 4 „Kit cabluri comunicatie generator”** compatibil cu instalatia radiologica PerformX.

Sef Serviciu

Ing.Mohorea Dorin

Întocmit:

Ing.Duna Flaviu